



Together let's do more



Retentie afname

Een patiënt komt voor de (half)jaarlijkse controle.

- Is tevreden, dus geen vervanging
- Is tevreden, maar op de vraag, is de retentie nog goed, wordt geantwoord dat deze wat minder is geworden, vervanging CAN nylon retentie kapjes naar alle redelijkheid
- Is ontevreden, de retentie is minimaal, vervanging CAN nylon retentie kapjes naar alle redelijkheid (OPM controleer de drukknop abutments op overmatige slijtage, vervang bij slijtage ook de drukknop abutments)

Vervanging, te declareren NZa codes .

(niet te declareren binnen 2 maanden na plaatsen supraconstructie)

- 1 x C11 periodieke controle of C13 probleemgericht consult (bij klachten)
- 1 x J74 reparatie prothese op drukknoppen (ongeachte het aantal implantaten), echter per zorgverzekeraar afhankelijk
- Materiaalkosten (kosten nieuwe retentie kapjes of volledige nieuwe drukknop abutments)

Sinds januari 2017 wordt er per reparatie 10% bij de patiënt in rekening gebracht. Bij verzekerde zorg, dient in principe eerst een machtiging aangevraagd te worden. OPM: een aantal zorgverzekeraars hanteert een maximum bedrag.



Slijtage

Kan ontstaan worden met het vervangen van de nylon retentie kapjes of moet het drukknop abutment zelf ook vervangen worden? Dit hangt af van de mate van slijtage van de drukknop abutments.

Oorzaken voor slijtage kunnen zijn:

- Mondhygiëne, aanwezigheid van tandsteen
 - Divergentie implantaten
 - Te diep geplaatste implantaten, derhalve hoge drukknop abutments, gevaar voor breuk
 - Verkeerde inzetrichting matrixen t.o.v. de drukknop abutments (dit had met het vervaardigen van de prothese voorkomen kunnen worden door gebruik te maken van de gele CAT positioneer kapjes, om het juiste horizontale vlak te kunnen bepalen)
- Patiënt bijt als het ware de prothese vast op de drukknop abutments



Voorbeeld versleten drukknop

- Resorptie kaak, slechtpassende prothese (niet trigonum retromolaar afgesteund)
- Patiënt houdt 's nachts de prothese in
- Patiënt reinigt de prothese in bleekwater
- Patiënt "speelt" continu met de prothese in de mond

Garantie

Er worden door de diverse zorgverzekeraars verschillende garantietermijnen gehanteerd. Echter nergens in de literatuur staat een termijn hierover beschreven.

Wettelijk garantietermijn voor materialen is één jaar. ZimVie conformeert zich hieraan en zal nieuwe abutments ter beschikking stellen. Versleten drukknop abutments met volledig ingevuld garantieformulier (te downloaden van www.implacom.nl) insturen naar Implacom BV.